仕　様　書

仕様書番号：001

部署・部屋名	臨床工学室
調達機器名	人工呼吸器
調達数量	２式

１．機器の構成（１式の構成）

１－１　人工呼吸器(本体)　　　　１台

１－２　加温加湿器　　　　１台

１－３　付属品　　　　１式

１－８　取扱説明書　　　　１部

２．構成品の仕様

２－１　人工呼吸器(本体)

・外形寸法：W400×D430×H350mm以内

・定格電圧：AC100V（50/60Hz、300VA）

・重量　　：11kg以下(内蔵ﾊﾞｯﾃﾘを含む)

・表示形式：ｶﾗｰ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

・操作方法：ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式

・換気ﾓｰﾄﾞ：CPAP、S/T、PCV、AVAPS、PPVの選択が可能

・呼吸ﾀｲﾌﾟ：ﾎﾞﾘｭｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ、ﾌﾟﾚｯｼｬｰｺﾝﾄﾛｰﾙ、ﾌﾟﾚｯｼｬｰｻﾎﾟｰﾄ、自発呼吸の選択が可能

・吸気時間設定範囲　：0.3～3.0秒

・酸素濃度設定範囲　：21～100%(1%刻み)

・換気回数設定範囲　：4～60BPM

・内部ﾊﾞｯﾃﾘ持続時間：6時間程度

・設定ﾛｯｸ機能を有していること

２－２　付属品

・延長ﾎｰｽ　　　　１本

・回路ｻﾎﾟｰﾄｱｰﾑ(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ3連)　　　　１台

・ｴｽﾌﾟﾘ用ｱｰﾑﾌﾞﾗｹｯﾄ　　　　１個

・ｳｫｰﾀﾊﾞｯｸﾎﾟｰﾙ　　　　１本

・O2ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｯﾄ　　　　１個